

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ทำงานก่อสร้าง

๑. โครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย อำเภอสรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ <u>๒๕</u> มีนาคม ๒๕๖๗ ราคาเครื่องละ ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บริษัท ไทย ออโต้ ฟลิท จำกัด
๕.๒ บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด
๕.๓ บริษัท บริษัท ยูนิค เมติคอล จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑ นายณฤตล สุวรรณคะโต ประธานกรรมการ
๖.๒ นางศิริวรรณ บุญวิศิษฐ์ กรรมการ
๖.๓ นางกัญญา ธนาพรจรรุพัฒน์ กรรมการ

อนุมัติ



(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยกระบวนกำรปั๊มและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ
โรงพยาบาลศรีสัชชาลัย

๑. ความเป็นมา

ในปัจจุบันจำนวนประชากรอำเภอศรีสัชชาลัยและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลศรีสัชชาลัยมีจำนวนที่มากขึ้น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินจึงมีความสำคัญมาก

ในทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการทำ CPR มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ด้วยเหตุนี้ เครื่อง Auto CPR หรือเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติแบบพกพา ที่มีขนาดเล็กใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา จึงมีความสำคัญในการนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤต การทำงานแบบอัตโนมัติของเครื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำ CPR จะมีประสิทธิภาพทั้งความลึกและอัตราการกดหน้าอกที่แนะนำไว้ในหลักเกณฑ์ของ American Heart Association และ European Resuscitation Council นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการปั๊มหัวใจได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จึงสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการนวดหัวใจก่อนทำการกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า โดยเครื่องกระตุกหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) สำหรับใช้ในรถพยาบาลกู้ชีวิตระดับสูง (Ambulance) เพื่อรักษาระดับ Coronary Perfusion Pressure (CPP) อย่างพอเพียง ทำให้มี Return of Spontaneous Circulation (ROSC) มากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๖ มีคุณสมบัติ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณฤตล สุวรรณคะโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา ธนาพรจาร์พัฒน์)

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณี...

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายณฤตล สุวรรณคะโต)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์)

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือ ที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ การทำงานของเครื่องเป็นไปตามอย่างน้อย AHA/ERC Protocol หรือ AHA Guideline ๒๐๒๐

๔.๑.๒ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เพื่อรองรับการทำงานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่จำกัด

๔.๑.๓ มีสัญลักษณ์แสดงให้ทราบถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ และแสดงให้ทราบเมื่ออยู่ในระดับต่ำ

๔.๑.๔ เครื่องสามารถนวดหัวใจผู้ป่วยได้ต่อเนื่องขณะเคลื่อนย้าย เช่น ใช้งานในการพยาบาล (Ambulance), หน่วยส่งต่อทางอากาศ (Helicopter) และนำลงไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุโดยสะดวก

๔.๑.๕ เป็นเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานอย่างน้อย ; IP๓๓ หรือ ๔๓, IEC๖๐๖๐๑-๑ Electrical safety IEC๖๐๖๐๑-๑-๑๒ Environmental conditions for emergency medical devices

๔.๑.๖ น้ำหนักของตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ไม่เกิน ๘ กิโลกรัม

๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ เป็นเครื่องนวดหัวใจอัตโนมัติ สามารถนวดหัวใจโดยใช้หลักการ compression

๔.๒.๒ ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพในการนวดกด ทำให้เกิดการคืนตัวของทรวงอก (Chest Recoil) ตรงตามมาตรฐาน AHA Guideline ๒๐๒๐

๔.๒.๓ มีความถี่ของการนวดหัวใจได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที

๔.๒.๔ สามารถนวดหัวใจโดยกดได้ลึกไม่น้อยกว่า ๓๐-๕๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๕ สามารถเลือกโหมดใช้งานได้ทั้ง Continuous และ ๓๐:๒

๔.๒.๖ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน ๒ ปีหรือใช้งานได้ ๒๐๐ ครั้ง แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน

๔.๒.๗ ตัวเครื่องประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ สายรัดผู้ป่วยมีและชุดตัวเครื่องซึ่งมีขั้นตอนแสดงการใช้งานและปุ่มกดที่ด้านบนของเครื่อง

๔.๒.๘...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณฤตล สุวรรณคะโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวศิริวรรณ บุญวิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา ธนาพรจรรพพัฒน์)

๔.๒.๘ สามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อชาร์จไฟใหม่ผ่านแท่นชาร์จ โดยรองรับการชาร์จแบตเตอรี่พร้อมกันได้ ๒ ก้อน ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ ๒ ชั่วโมง

๔.๒.๙ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium-ion-Polymer เมื่อประจุไฟฟ้าเต็มสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ๔๕ นาที สามารถรองรับการใช้งานกับไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์

๔.๒.๑๐ ตัวเครื่องมีสายรัดจากบริเวณด้านหลังมายังบริเวณด้านหน้าของผู้ป่วย เพื่อช่วยประคองหรือเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Transport safety straps)

๔.๒.๑๑ มีตัวล็อคเครื่องขนาดหัวใจอัตโนมัติที่ผ่านการทดสอบการรับแรงแบบ ๑๐G ตามมาตรฐานอ้างอิง EN๑๗๘๙ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ (ยื่นเอกสารรับรอง ณ วันที่ยื่นเสนอราคา)

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๓.๑ ชุดสายรัดสำหรับตัวเครื่องและผู้ป่วย	๑ ชุด
๔.๓.๒ Power supply สำหรับเครื่องขนาดหัวใจอัตโนมัติ	๑ ชุด
๔.๓.๓ สำหรับแท่นชาร์จ	๑ ชุด
๔.๓.๔ ชุดชาร์จแบตเตอรี่สำหรับตัวเครื่อง (charging station)	๑ ชุด
๔.๓.๕ แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์แบบชาร์จได้	๑-๒ ก้อน
๔.๓.๖ Transportation bag กระเป๋าสำหรับใส่เครื่องขนาดหัวใจอัตโนมัติ	๑ ใบ
๔.๓.๗ Main cable สายไฟสำหรับต่อไฟบ้าน ๒๒๐ Volt	๑ ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๕.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ

๕.๓ เป็นตัวเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการสาธิต

๕.๔ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๕ ผู้ขาย หรือผู้นำเข้าสินค้า หรือผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๖ มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย

๕.๗ เป็นเครื่องที่มีใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ หรือโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัด หรือโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ โดยมีเอกสารมาแสดงเครื่องที่มีใช้งานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

๖. กำหนดการส่งมอบ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณฤศณ สุวรรณคะโต)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกัญญา ธนาพรจรรุพัฒน์)

๖. กำหนดการส่งมอบ

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. สถานที่ส่งมอบ

โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย อำเภอสรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

จากเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและ
คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับแล้ว

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

จังหวัดจะจ่ายให้เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์แล้ว
จำนวน ๑ งวดเงิน ๑ งวดงาน


๑๑. ค่าปรับ


คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ


๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา




.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณฤตล สุวรรณคะโต)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวศิริวรรณ บุญวิศิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์	
วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ ดังนี้ ๑.. เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แหล่งที่มาของราคากลาง อ้างอิงราคาท้องตลาดจากผู้มีอาชีพขายไม่น้อยกว่า ๓ ราย	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางสาวกัญญา โสหา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	 (นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ สท ๐๐๓๓.๕๐๑.๑๑๔/๗๖ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งหนังสือประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอนำราคากลางเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพัฒนา ศิริวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน