


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. โครงการ จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลศรีสังขาลย์ อำเภอสรีสังขาลย์ จังหวัดสุโขทัย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๗ ราคาเครื่องละ ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๕.๑ บริษัท พี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด		
๕.๒ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
๕.๓ บริษัท เจ.อาร์.ซี โปรดักส์ จำกัด		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๖.๑ นางสาวพรรณนิภา ไชยตก	ประธานกรรมการ <i>mm</i>
๖.๒ นางนันทวัน แก้วรักถา	กรรมการ <i>sh</i>
๖.๓ นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์	กรรมการ <i>กัญญา</i>

อนุมัติ



(นายศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังขาลย์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification : Spec.)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร
ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง เดิมเป็นโรงพยาบาลระดับ F๒ และได้ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด F๑ เมื่อปี ๒๕๖๓ มีประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๙๑,๒๙๘ คน มีการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการขยายบริการตามสาขาการบริการ Service plan เขตสุขภาพที่ ๒ โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีเป้าหมายเน้นการบริการในสาขา อายุรกรรม และสูติกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อรองรับการให้บริการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบสุญญากาศอัตโนมัติ สำหรับวัสดุ เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องนึ่งมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vaccum) แบบห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็น...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรธนิภา ไชยตก)
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันทวัน แก้วรักถา) (นางกัญญา ธนาพรจรรุพัฒน์)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน
อย่างเป็นทางการในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ
เชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน
เกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบ
แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณี
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ
รายการที่ยื่น...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรณิภา ไชยตก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนันทวัน แก้วรักถา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์)

รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง
แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่
ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ
มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือ
ที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น
ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบสุญญากาศอัตโนมัติ (Pre-Post Vacuum)
ภายใต้ความดันไอน้ำและอุณหภูมิโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรมการนึ่งฆ่าเชื้อใน ๑ รอบ ทดสอบได้
ด้วย Bowie Dick test และ Spore Test

๔.๑.๒ มีเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้าติดตั้งสำเร็จภายในตัวเครื่อง

๔.๑.๓ ตัวเครื่องเป็นแบบตู้สี่เหลี่ยมตั้งพื้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

๔.๑.๔ มีประตูเปิดและปิดด้านหน้าของเครื่อง ๑ ประตู

๔.๑.๕ ระบบท่อไอน้ำภายในตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีลทั้งหมด

๔.๑.๖ โครงผนังด้านหน้าเครื่องพร้อมแผงควบคุมการทำงาน สามารถเปิดออกเพื่อง่ายสำหรับ
การตรวจเช็คและซ่อมบำรุง

๔.๑.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมระบบสาย
Ground ลงถึงพื้นดิน

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ตัวเครื่องนึ่งประกอบด้วย

๔.๒.๑.๑ ขนาดภายในห้องนึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร

๔.๒.๑.๒ ห้องนึ่ง...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรณิภา ไชยดก)
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันทวัน แก้วรักถา) (นางกัญญา ธนาพรจรรุพัฒน์)

๔.๒.๑.๒ ห้องนิ่ง (Chamber) เป็นรูปทรงกระบอก ชนิดผนังสองชั้น (Double Wall) ชั้นในทำจากสแตนเลสสตีลชนิด ๓๑๖L ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างและสามารถทนแรงดันไอน้ำได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๒.๑.๓ ผนังชั้นนอก (Jacket) ทำจากสแตนเลสสตีลชนิด ๓๐๔ หรือดีกว่า ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง หุ้มทับด้วยใยแก้ว (Fiber) เพื่อป้องกันความร้อนกระจายออกมานอกตู้

๔.๒.๒ ประตุเครื่องและระบบผลิตสุญญากาศ

๔.๒.๒.๑ ประตุเป็นแบบเปิดออกด้านข้างทำด้วยสแตนเลสสตีล ๓๑๖L มีระบบการล็อกฝาประตุเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

๔.๒.๒.๒ ด้ามมือหมุนฝาประตุทำด้วยฉนวนกันความร้อนและมีฝารอบปิดทับด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล

๔.๒.๒.๓ มีปั๊มสุญญากาศแบบประหยัดพลังงานโดยใช้น้ำหมุนเวียนไม่มีน้ำทิ้งขณะใช้งาน เครื่องเป็นแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทนความร้อนสูงสำหรับดูดอากาศออกจากห้องนิ่งและในการอบแห้งเครื่องมือ

๔.๒.๒.๔ มีระบบปั้มน้ำเข้าหม้อต้มไอน้ำให้ปั้มทำงานแบบอัตโนมัติ

๔.๒.๒.๕ มีเครื่องสำหรับผลิตไอน้ำด้วยไฟฟ้าถูกติดตั้งมากับตัวเครื่อง โดยแยกออกจากตัวเครื่องและติดตั้งอยู่ที่ห้องนิ่งทำด้วยสแตนเลสสตีล ๓๑๖L สามารถทนแรงดันไอน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ปอนด์ขณะปฏิบัติงานตัวเครื่องมีการหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วทนความร้อน

๔.๓ ระบบควบคุม

๔.๓.๑ ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยระบบอัตโนมัติ โดยมี PLC เก็บรวบรวมข้อมูลและสั่งงาน แสดงผลผ่านหน้าจอภาพเป็นภาษาไทย มีระบบที่สามารถอ่านค่าต่างๆ ได้ โดยแสดงค่าให้ทราบดังนี้

- ๑. วันและเวลาในการทำงาน
- ๒. อุณหภูมิและแรงดันภายในห้องนิ่ง
- ๓. ชื่อโปรแกรมและขั้นตอนที่กำลังทำงาน
- ๔. อุณหภูมิการฆ่าเชื้อในห้องนิ่ง

๔.๓.๒ มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานการนิ่งฆ่าเชื้อได้ไม่ต่ำกว่า ๔ โปรแกรม โดยมีโปรแกรมรองรับการนิ่งฆ่าเชื้อขวดหรือภาชนะบรรจุของเหลวได้ และมีโปรแกรมทดสอบด้วย Bowie Dick Test ที่ ๑๓๔ องศาเซลเซียสแยกเฉพาะต่างหากอีกหนึ่งโปรแกรม

๔.๔ ระบบความปลอดภัย

๔.๔.๑ มีระบบปล่อยไอน้ำทิ้งได้โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไอน้ำเกินกว่าที่กำหนด (Safety Valves)

๔.๔.๒ มีระบบควบคุมระดับน้ำในหม้อน้ำและแรงดันไอน้ำเป็นแบบอัตโนมัติและมีชุดควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดทำความร้อน (Heater) ของหม้อน้ำถ้าต่ำกว่าที่กำหนด

๔.๔.๓ มีระบบสำหรับตั้งรหัสผ่านเข้าไปยังระบบการทำงานต่างๆ ในการควบคุมตัวเครื่อง (Password)

๔.๕ อุปกรณ์...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพรณิภา ไชยดก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนันทวัน แก้วรักถา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัญญา ธนาพรจรรุพัฒน์)

๔.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๔.๕.๑ มีรถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่งทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน ๑ คัน
- ๔.๕.๒ มีตะกร้าสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่ง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๓ มีเครื่องกรองน้ำเพื่อแปรสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๔ มีชุดสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ๓ เฟส ขนาดที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ พร้อมบริการอะไหล่หลังการขายโดยไม่คิดมูลค่า และต้องตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องทุก ๔ เดือนต่อครั้งเป็นเวลา ๒ ปี
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและต้องมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๕.๔ มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรอง

๕.๕ ผู้ขายต้องติดตั้งตัวเครื่องพร้อมเดินสายไฟฟ้าต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าที่โรงพยาบาลกำหนดให้ พร้อมเดินระบบสายดิน เครื่องกรองน้ำ ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้งและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานทั้งหมดจนเครื่องใช้งานได้ดี โดยค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

๕.๖ การพิจารณาผลิตภัณฑ์

๕.๖.๑ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน EN มาตรฐาน TUV และต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารนำเข้า และหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข และเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

๕.๖.๒ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทยต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ , มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ และมาตรฐาน CE ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข มาแสดงกับคณะกรรมการในวันเปิดซองเอกสารเสนอราคาและเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

๕.๗ ในระยะประกัน...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวพรณิภา ไชยดก)

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางนันทวัน แก้วรักถา) (นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์)

๕.๗ ในระยะประกัน ถ้ามีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด และต้องทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการมายื่นในวันยื่นเอกสารเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๙ การส่งมอบ ผู้ขายจะต้องส่งผู้ชำนาญการมาติดตั้งและสาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมวัดความต้านทานของระบบสายดินต้องไม่เกิน ๕ โอห์ม (ในวันตรวจรับ)

๕.๑๐ ก่อนการส่งมอบผู้ขายจะต้องสอบเทียบพร้อมทั้งแนบเอกสารการสอบเทียบมาพร้อมในวันส่งมอบพัสดุ

๕.๑๑ มีคู่มือวงจรไฟฟ้าพร้อมคำอธิบายการทำงานของเครื่องอย่างละเอียดเป็นภาษาไทย

๕.๑๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

๖. กำหนดการส่งมอบพัสดุ

๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. สถานที่ส่งมอบงาน

โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย อำเภอสรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

จากเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

๑ งวดเงิน ๑ งวดงาน

๑๑. ค่าปรับ




ร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยใช้เกณฑ์ราคา

.....
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรณิภา ไชยटक)
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนันทวัน แก้วรักถา) (นางกัญญา ธนาพรจารุพัฒน์)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย อำเภอสรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	
วัน/เดือน/ปี : ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ ดังนี้ ๑.. เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร ห้องนี้ ทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แหล่งที่มาของราคากลาง อ้างอิงราคาท้องตลาดจากผู้มีอาชีพขายไม่น้อยกว่า ๓ ราย	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
 (นางสาวกัญญา โสหา) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	 (นายศักดิ์สิทธิ์ ป่อแก้ว) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
 (นางสาวจุฑามาศ ใจมูล) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๓๑๓๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ สท ๐๐๓๓.๔๐๑.๑๑๔/๒๕๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งหนังสือประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอก ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร ห้องนั่งทรงกระบอก ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอนำราคากลางเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวพัฒนา ศิริวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุนานาญงาน